


過酸化値(POV)と化学発光

Methods


各過酸化値(POV)の食用油を加熱した際に生じる化学発光を測定し、POVと化学発光の関係を調べた。



Detector : CLA-2100, CLA-FC2

Sample Chamber : CLS-ST

Result



資料ご提供: 東北大学大学院農学研究科 宮澤 先生

Reference

T.Miyazawa, et al., JAOCS, 71(3), 343, 1